



**Český metrologický institut**

Okružní 31, 638 00 Brno

tel. +420 545 555 111

www.cmi.cz

**Pracoviště:** Oblastní inspektorát Opava, Gudrichova 41, 746 01 Opava  
tel. +420 553 625 308 nebo +420 605 208 026, email: oiopava@cmi.cz

## POTVRZENÍ O OVĚŘENÍ STANOVENÉHO MĚŘIDLA

**Datum vydání:** 17. září 2018

List 1 z 1 listu

**Zákazník:** KAMENIVO M&O, s.r.o.  
Třída Míru 182/65  
779 00 Olomouc - Neředín

**Měřidlo - druh:** Váhy s neautomatickou činností třídy přesnosti III

**výrobce:** LESYCO a.s.

**typ:** TS X5

**výrobní číslo:** 555/2014

**specifikace:** MAX = 60 000 kg      MIN = 400 kg      d = 20 kg      e = d

**Vlastník měřidla:** -----

(je-li odlišný od  
zákazníka)

**Použité etalony:** Závaží třídy M1, 27 ks 50 kg – 1000 kg, kalibrační list č. 6151-KL-H0484-18.  
Závaží třídy F2, 1 mg – 5 kg, kalibrační list č. 7051-KL-Z0197-18.

**Datum provedení:** 17. září 2018

**Místo provedení:** Viz. zákazník- provoz – Polanka, Svinovská 155/1, Polanka n Odrou.

**Výrok o výsledku:** Měřidlo má požadované metrologické vlastnosti a v souladu s § 9, odst. 2 zákona č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č. 262/2000 Sb., v platném znění, bylo opatřeno úředními značkami na místech určených v certifikátu o schválení (resp. ES přezkoušení) typu měřidla.

Doba platnosti ověření je stanovena vyhláškou č. 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Platnost ověření zaniká v případech uvedených v § 7, odst. 2 vyhlášky č. 262/2000 Sb. v platném znění.

**Ověření provedl:**

Pavel Malý



**Ředitel organizační jednotky:**

Ivo Pitra

*Toto potvrzení nesmí být bez písemného souhlasu ověřující laboratoře rozmnožováno jinak než v celkovém počtu listů.  
Potvrzení o ověření stanoveného měřidla se vydává jako nepovinný doklad na základě zvláštního požadavku zákazníka.*